

# BESCHEINIGUNG

Mitteilung: 0000040212\_05\_05  
über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat 0000040212\_05 vom 12. Juni 2019

**Messeinrichtung:** Fidas 200 S, Fidas 200, Fidas 200 E für PM<sub>10</sub> und PM<sub>2,5</sub>

**Hersteller:** PALAS GmbH  
Greschbachstrasse 3b  
76229 Karlsruhe  
Deutschland

## Umweltbundesamt

### **Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der Überwachung der Emissionen und der Immissionen**

**vom 09. März 2022**

**Veröffentlichung: BAnz AT 11.04.2022 B10**

#### **VI. Mitteilungen zur bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung von Emissionen und Immissionen:**

#### **21 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes vom 27. Februar 2014 (BAnz AT 01.04.2014 B12, Kapitel IV Nummer 5.1) und vom 31. März 2021 (BAnz AT 03.05.2021 B9, Kapitel III 45. Mitteilung)**

Die Messeinrichtungen Fidas® 200 S, Fidas® 200 E bzw. Fidas® 200 PM<sub>10</sub> und PM<sub>2,5</sub> der Firma Palas GmbH können zukünftig alternativ mit der LED SBM-40-SC des Herstellers Luminus ausgestattet sein. Alternativ zu der bisher verwendeten Probenahmepumpe von Typ 1420VDP BLDC der Firma Thomas Pumps kann zukünftig die 2-Kopf-Membranpumpe vom Typ NMP830.1.2KPDC-B HP 24V der Firma KNF eingesetzt werden.


Das Probenahmerohr kann zukünftig nach Kundenanforderung in der Länge zwischen 1,2 und 2 m variiert werden.

Die aktuelle Softwareversion lautet: 100525.0014.0001.0001.0011


Neben dieser Versionsnummer sind auch folgende Zwischenversionen gültig:  
100468.0014.0001.0001.0011 und 100524.0014.0001.0001.0011

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 8. Dezember 2021

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Köln, 12. April 2022



i. V. Dipl.-Ing. Guido Baum



i. A. Dipl.-Ing. Carsten Röllig

[www.umwelt-tuv.eu](http://www.umwelt-tuv.eu)  
tre@umwelt-tuv.eu  
Tel. +49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Am Grauen Stein  
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor.  
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.