

# BESCHEINIGUNG

Mitteilung: 0000040334\_01\_01  
über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat 0000040334\_01 vom 05. November 2019

---

**Messeinrichtung:** MEAC300  
**Hersteller:** SICK AG  
Nimburger Straße 11  
79276 Reute  
Deutschland

---

## Umweltbundesamt

**Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der  
Überwachung der Emissionen und der Immissionen  
vom 24. Februar 2020  
Veröffentlichung: BAnz AT 24.03.2020 B7**

- IV. Mitteilungen zur bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung  
von Emissionen und Immissionen:**
- 60 Mitteilung zu der Bekanntmachung des Umweltbundesamtes  
vom 28. Juni 2019 (BAnz AT 22.07.2019 B8, Kapitel IV Nummer 1.2)**

Die Software des Emissionsrechners MEAC300 der Firma SICK AG, Hamburg verfügt über eine Redundanzfunktionalität für Rechner und DAE-Einheiten.


Die aktuelle Softwareversion lautet:

Version 4.1.34.18

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 30. September 2019

---

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Köln, 23. April 2020

  
i. V. Dipl.-Ing. Guido Baum

  
i. A. Dipl.-Ing. Carsten Röllig

[www.umwelt-tuv.eu](http://www.umwelt-tuv.eu)  
tre@umwelt-tuv.eu  
Tel. +49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Am Grauen Stein  
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiertes Prüflabor.  
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.