

# BESCHEINIGUNG

Mitteilung: 0000040334\_01\_06  
über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat 0000040334\_01 vom 05. November 2019

---

**Messeinrichtung:** MEAC300 für Emissionsauswertesystem

**Hersteller:** SICK AG  
Gisela Sick Straße 1  
79276 Reute  
Deutschland

---

## Umweltbundesamt

**Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der  
Überwachung der Emissionen und der Immissionen  
vom 28. Juni 2022  
Veröffentlichung: BAnz AT 28.07.2022 B4**

**III. Mitteilungen zur bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung  
von Emissionen und Immissionen:**

**36 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes  
vom 28. Juni 2019 (BAnz AT 22.07.2019 B8, Kapitel IV Nummer 1.2) und  
vom 9. März 2022 (BAnz AT 11.04.2022 B10, Kapitel VI 46. Mitteilung)**


Die aktuelle Softwareversion für das Emissionsauswertesystem  
MEAC300 (ID = 0000040334) der Firma SICK AG lautet:  
4.1.34.33.


Die Versionen bis 4.1.34.31 sind nicht mehr zu verwenden, da es bei der Auswertung von  
Eingangswerten oberhalb von 20 mA je nach parametrierter Plausibilitätsgrenze zu Fehlern  
kommen kann.

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 27. April 2022

---

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Köln, 01. August 2022

  
i. V. Dipl.-Ing. Guido Baum

  
i. A. Dipl.-Ing. Carsten Röllig

[www.umwelt-tuv.eu](http://www.umwelt-tuv.eu)  
tre@umwelt-tuv.eu  
Tel. +49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Am Grauen Stein  
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor.  
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.