

# BESCHEINIGUNG

Mitteilung: 0000054059\_01\_04  
über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat 0000054059\_01 vom 05. November 2019

**Messeinrichtung:** D-EMS 2020 / D-EMS 2020 CS Emissionsauswertesystem

**Hersteller:** DURAG data systems GmbH  
Kollaustr. 105  
22453 Hamburg  
Deutschland

## Umweltbundesamt

**Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der  
Überwachung der Emissionen und der Immissionen  
vom 21. Februar 2023  
Veröffentlichung: BAnz AT 20.03.2023 B6**

- IV. Mitteilungen zur bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung  
von Emissionen und Immissionen:**
- 54 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes  
vom 28. Juni 2019 (BAnz AT 22.07.2019 B8, Kapitel IV Nummer 1.1) und  
vom 9. März 2022 (BAnz AT 11.04.2022 B10, Kapitel VI 44. Mitteilung)**


Die aktuelle Softwareversion für das Emissionsdatenauswertesystem D-EMS 2020  
(ID = 0000054059) der Firma DURAG data systems GmbH lautet:  
1.5/18557

Das Emissionsdatenauswertesystem wurde um die Übertragung von Emissionsdaten über  
die digitale Schnittstelle mit OPC entsprechend VDI 4201 Blatt 1 und Blatt 4 ergänzt. Die  
Ergebnisse sind im Prüfbericht 936/21255107/A vom 14. September 2022 dokumentiert.  
Weiter wurde die Software um die Auswertung von Mitverbrennungsanlagen nach neuer  
17. BImSchV (2021) ergänzt.


In der EFÜ-Datenübertragung wurde die Übertragung eines dynamischen Grenzwertes  
korrigiert. Dies führt dazu, dass bei Anlagen, die dynamische Grenzwerte und eine  
Übertragung mittels EFÜ verwenden, nur noch die Software ab der Version 1.5/18363  
eingesetzt werden darf.

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 14. September 2022

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Köln, 25. April 2023



i. V. Dipl.-Ing. Guido Baum



i. A. Dipl.-Ing. Carsten Röllig

[www.umwelt-tuv.eu](http://www.umwelt-tuv.eu)  
tre@umwelt-tuv.eu  
Tel. +49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Am Grauen Stein  
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor.  
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.